

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. **Az ajánlatkérő neve és címe:** Országos Idegtudományi Intézet (1145 Budapest, Amerikai u. 57.)
2. **A közbeszerzés tárgya és mennyisége:** Neurointervenciós DSA beszerzése
3. **A választott eljárás fajtája:** közösségi (uniós) eljárásrend, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.94.§).
- 4.* **Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:** Eredménytelen volt a nyílt eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint, tekintettel arra, hogy a nettó 235.000.000,- Ft-os fedezet mely a beszerzésre rendelkezésre állt nem volt elegendő arra, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevővel az ajánlatkérő a szerződést megkösse. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a kért ellenérték összege: nettó 245.000.000,- Ft.
- 5.* **Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az s előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:** -
6. **Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:** Az eljárást megindító hirdetmény megküldésének napja: 2013.07.12.
7. a) **Eredményes volt-e az eljárás:** igen
b)* **Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:** -
c)* **Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:** -
8. **A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):** 2
9. a) **Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

1./ GE Hungary Kft.
székhelye: 1044 Budapest, Váci u. 77.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Akron u. 2.
e-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
tel.: +36/70-436-6134, +36-23/410-000
fax.:+36-23/410-290

A jelen összegzés melléklete a részletes bírálati szempontok szerinti ajánlatot tartalmazó felolvasó lap, valamint a tárgyalási jegyzőkönyv.

Az ajánlattevő a minimum követelményeknek megfelelő ajánlatot tett. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

2./Siemens Zrt.
székhelye: 1143 Budapest, Gizella u. 51-57.
Levelezési cím: 1956 Budapest (a többi hiányzik)
e-mail: sandor.szoke@siemens.com
tel.: +36/1/471-1901
fax.:+36-1/471-1952

A jelen összegzés melléklete a részletes bírálati szempontok szerinti ajánlatot tartalmazó felolvasó lap, valamint a tárgyalási jegyzőkönyv.

Az ajánlattevő a minimum követelményeknek megfelelő ajánlatot tett. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Siemens Zrt.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
I. Nettó ajánlati ár (Ft)	92	10	920
II. Szakmai szempontok	80		
1. Padlóra szerelt C-ív mélysége, Min.90 cm (Előny a nagyobb)	5	1	5
2. Automatikus testkontúr követés (patient contouring) igen/nem	5	1	5
3. Izocenteren kívül készített képsorozat lehetőségek mozgástartománya , Min +/- x cm	5	1	5
4. Programozható c-ív beállítások száma, min. 50 db	5	5	25
5. Asztallap teljes hossza (Előny a hosszabb)min. 260 cm	5	1	5
6. Röntgen paraméterek valós idejű automatikus optimalizálása (Előny a megléte) igen/nem	5	10	50
7. Legkisebb fókuszmérete (előny a kisebb) max. 0,5 mm	5	10	50
8. Anód hőkapacitása (előny a nagyobb) Min 2 MHU	5	1	5
9. Csőbúra hőkapacitása (előny a nagyobb) min. 2,4 MJ	5	5	25
10. DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) előny a nagyobb min. 70%	5	1	5
11. Speciális 3D Roadmapping üzemmód biopsziák (vertebroplasztika, kyphoplastika) megtervezésére és nyomkövetésére – 3D-s biopsziaút és 3D csontanatómia fúzionálása a 2D átvilágítási képpel igen/nem	5	1	5
12. Speciális 3D Roadmapping embolizációk megtervezésére és nyomkövetésére - a tumor és az azt tápláló erek automatikus azonosításával igen/nem	5	10	50

13. Parametrizált (Színezett) Angiográfia visszanezési mód igen/nem	5	10	50
14. A stent háttérmentes megjelenítése a vezető drót digitális eltávolításával igen/nem	5	10	50
15. A stenosis analízis kivitelezéséhez a vizsgáló monitor képe megjeleníthető az asztal melletti az érintőképernyőn, ahol a vizsgáló orvos a képen közvetlenül jelölheti ki a vizsgálandó érszakaszokat igen/nem	5	1	5
16. Integrált fúziós képalkotás (CT, MR, Angio, PET képfúzió) igen/nem	5	1	5
III. Teljes rendszerre vállalt garancia idő mértéke min. 1 év előny a több	10	1	10
IV. vállalt próbaüzem hossza min. 72 óra előny a több	2	10	20
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	1307		

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: GE Hungary Kft	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
I. Nettó ajánlati ár (Ft)	92	9,91	911,72
II. Szakmai szempontok	80		
1. Padlóra szerelt C-ív mélysége, Min.90 cm (Előny a nagyobb)	5	10	50
2. Automatikus testkontúr követés (patient contouring) igen/nem	5	10	50
3. Izocenteren kívül készített képsorozat lehetőségeinek mozgástartománya , Min +/- x cm	5	10	50
4. Programozható c-ív beállítások száma, min. 50 db	5	10	50
5. Asztallap teljes hossza (Előny a hosszabb)min. 260 cm	5	10	50
6. Röntgen paraméterek valós	5	10	50

