

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Idegtudományi Intézet (1145 Budapest, Amerikai u. 57.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész: 1 db Felsőkategóriás ultrahang-diagnosztikai készülék transzkraniális, általános radiológiai és kardiológiai célra

2.rész: 1 db Multifunkcionális középkategóriás ultrahang-diagnosztikai készülék kutacsi vizsgálatokra

3. rész: 1 db Hordozható digitalis TCD készülék transzkraniális és extrakraniális vizsgálatokra, embóliadetektálásra, bővíthető legyen idegsebészeti szondával

3. A választott eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pont).

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: A Kbt. értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indítható, ha az árubeszerzés értéke nem éri el a nettó 25 millió forintot. Ebben az esetben legalább 3 ajánlattevőt fel kell kérni ajánlattételre, aki a Kkv. Tv. hatálya alá tartozik.

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 2013.március 5.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 (1. rész : 1 ajánlat, 2. rész: 1 ajánlat, 3.rész : 1 ajánlat)

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzői – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: Variotrade Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 11.

2. rész: HUN-MED Kft. 2040 Budaörs, Károly Király u. 39.

3. rész: A.M.I.K. Kft. 2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz/1.

1 db Felsőkategóriás ultrahang-diagnosztikai készülék transzkraniális, általános radiológiai és kardiológiai célra

Ajánlattevő: Variotrade Kft.

	Bírálati szempont	Minimum követelmény	Ajánlat
	I. Ajánlati nettó ár	Kérjük megadni	12.850.000
	II. Szakmai szempontok		
II.1	Az ultrahangkép maximális mérete a monitoron függőlegesen mérve konvex transducerrel 15 cm-es vizsgálati mélység beállításnál, előny a nagyobb	Min. 13 cm	15,6 cm
II.2	Az ultrahangkép maximális mérete a monitoron függőlegesen mérve lineáris transducerrel 5 cm-es	Min. 13 cm	16,5 cm

	vizsgálati mélység beállításnál, előny a nagyobb		
II.3	Nagyítás maximális mértéke élő képen konvex transducerrel, min. 10-szeres, előny a nagyobb	Kérjük megadni	19,65 cm
II.4	Nagyítás maximális mértéke kimerevített képen konvex transducerrel, min. 10-szeres, előny a nagyobb	Kérjük megadni	19,65 cm
II.5.	Szállításkor a monitor rögzíthető legyen a készüléken (csak gyári megoldás elfogadható) (igen/nem)	Előny	igen
II.6.	Color MAP-ek száma, előny a több	Min. 10 db	36 db
II.7.	A Color ablak tetszőleges mérete rögzíthető legyen a presetben (igen/nem)	Előny	igen
II.8.	Szögkorrekció lehetősége mérés közben és után is, a mérési eredmények automatikus újraszámításával (igen/nem)	Előny	igen
II.9.	Visszajátszható állóképek száma, előny a több	Min. 1000	4.095
II.10	A készülék automatikusan válassza ki a presethez tartozó transducert, attól függetlenül, hogy azt melyik csatlakozóhoz csatlakoztatták (igen/nem)	Előny	igen
II.11	Intima-media átlagos vastagságot mérő program (igen/nem)	Előny	igen
II.12	Közvetlen (a kezelőpulton, nem érintőpanelon lévő) mérésindító nyomógombok száma, előny a több	Kérjük megadni	8 db

Az ajánlattevő a minimum követelményeknek megfelelő ajánlatot tett. Az ajánlattevő hiánypótlást követően alkalmas volt ajánlattételre és a szerződés teljesítésére. A tárgyalás során az ajánlattevő a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel megfelelő ajánlatot adott.

2.rész: 1 db Multifunkcionális közepkategóriás ultrahang-diagnosztikai készülék kutacsi vizsgálatokra:

Ajánlattevő : HUN-MED Kft. 2040 Budaörs, Károly Király u. 39.

	Bírálati szempont	Minimum követelmény	Ajánlat
	I. Ajánlati nettó ár	Kérjük megadni	5.900.000
	II. Szakmai szempontok		
II.1	Live compare mode (elmentett vizsgálati képanyag online összehasonlítása az aktuális képpel)(igen/nem)	Előny	igen
II.2	b) Mintavételi kapu mérettartománya, előny, ha az alsó érték kisebb, mint 1mm (igen/nem)	Előny	igen
II.3	Fixálható doppler szögkorrekció 50 és 60 fokra, szabadon állítható doppler vonal indítási hely, szabadon elforgatható doppler nyalábbal (intelligens doppler),	Előny	igen

Az ajánlattevő a minimum követelményeknek megfelelő ajánlatot tett. Az ajánlattevő hiánypótlást követően alkalmas volt ajánlattételre és a szerződés teljesítésére. A tárgyalás során az ajánlattevő a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel megfelelő ajánlatot adott.

3. rész: 1 db Hordozható digitális TCD készülék transzkraniális és extrakraniális vizsgálatokra, embóliadetektálásra, bővíthető legyen idegsebészeti szondával:

Ajánlattevő: A.M.I.K. Kft. 2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz/1.

	Bírálati szempont	Minimum követelmény	Ajánlat
	I. Ajánlati nettó ár	Kérjük	4.900.000

